

附件 2:


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郭黎红	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 广州市第十二人民医院	
项目信息	项目名称: 中山市中医院监护仪采购项目	
	供应商名称: 广东幸康医疗投资有限公司	
专业人员论证意见	本项目为采购监护仪3台, 经调查采购人现有的迈瑞中央监护系统已在使用。 广东幸康医疗投资有限公司为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司指定产品在指定区域经销商, 本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十条第(一)款只能从唯一供应商处采购的情形, 建议采用单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字		日期 2016 年 7 月 1 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 2:


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郭顺华	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 广州市红十字会医院	
项目信息	项目名称: 中山市中医院监护仪采购项目	
	供应商名称: 广东幸康医疗投资有限公司	
专业人员论证意见	本项目采购的监护仪须适配采购人现有的迈瑞中央监护系统使用, 而广东幸康医疗投资有限公司为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的指定产品在指定区域的经销商, 故本次采购项目只能从唯一供应商广东幸康医疗投资有限公司采购。	
专业人员签字		日期 2016 年 7 月 1 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 2:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡良勇	
	职称: 教授级高级工程师	
	工作单位: 广州计量检测技术研究院	
项目信息	项目名称: 中山市中医院监护仪采购项目	
	供应商名称: 广东幸康医疗投资有限公司	
专业人员论证意见	由于本项目采购的是监护仪, 采购人现有的迈瑞中央监护系统(型号: BeneVision)已经使用。因此, 建议本次采购的项目以唯一供应商广东幸康医疗投资有限公司采购。	
专业人员签字		日期 2016 年 7 月 1 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。