

分项报价表



项目编号：0724-2511Z1975826

项目名称：广州市番禺区第六人民医院医用吊塔、医用吊桥、医用无影灯采购项目

包号：1

投标人名称：上海菲歌特医疗科技有限公司

价款形式：总价

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	是否跨境产品	是否环评产品	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	医用吊桥	规格型号：F G T - 1 2 0 E E 配置要求（单套）： 1 、工作电源： A C 2 2 0 V 、 5 0 H Z ，输入功率： 4 K V A ； 2 、横梁长度（ 2 5 0 0 m m - 3 2 0 0 m m ）； 3 、辅助照明灯 1 个； 4 、移动小车自带机械阻尼刹车，定位精准可靠； 5 、于区箱体 1 个，湿区箱体 1 个；干区和湿区箱体左右移动距离均 \geq 5 0 0 m m ； 6 、气电分离式箱体，箱体长度 \geq 1 0 0 0 m m ； 7 、标准气体终端（氧气 \geq 4 个，空气 \geq 2 个，负压吸引 \geq 4 个）； 8 、设备托盘 \geq 4 个，带有 2 个抽屉，有自吸合功能，并带有标准铝合金导轨，托盘尺寸 \geq 5 1 0 \times 4 0 0 m m ； 9 、电源插座 \geq 1 2 个，等电位端子 \geq 4 个，数据扩展模块 \geq 4 个（可选装 B N C 、 V G A 、 R J 4 5 、 R J 1 1 、 H D M I 、 R G B 等端口），照明开关 1 个； 1 0 、具有可独立装卸配件（不锈钢输液架 \geq 1 个，网篮 \geq 1 个）； a . 不锈钢输液架的输液钩 \geq 4 个，且上下高度可调节； b . 不锈钢网篮 1 个，网篮尺寸 3 0 0 * 2 0 0 * 1 0 0 m m （尺寸可定制）； 1 1 、产品彩页、使用说明书、合格证、三包维修卡各 1 本	菲歌特	否	上海市	否	否	上海菲歌特医疗科技有限公司	23,000	23 (套)	529,000.00
1-1	2	医用无影灯	规格型号：F G T 0 4 - L E D 5 0 0 + 7 0 0 配置要求（单套）： 1 、旋转臂 1 套 2 、弹簧臂（含灯座） 2 件 3 、灯头 2 个 4 、可选配外置摄像头 5 、备用无菌消毒手柄 2 只 6 、垂直管 1 个 7 、顶盖- 左- 右各 1 8 、产品彩页、使用说明书、合格证、三包维修卡各 1 本	菲歌特	否	上海市	否	否	上海菲歌特医疗科技有限公司	26,740	15 (套)	401,100.00

1-1	3	医用吊塔	规格型号: F G T - 1 6 0 / 2 7 0 配置要 求(单套): 1、工 作电源: A C 2 2 0 V 、5 0 H Z , 输入功率 : 4 K V A ; 2、横 臂活动范围(半径): 9 4 0 m m + 8 0 0 m m ; 3、气电分离式 箱体 箱体长度≥1 0 0 0 m m ; 4、标准 气体终端(氧气≥2 个 , 二氧化碳≥2 个, 高 压空气≥2 个, 负压吸 引≥4 个), 具有防接 错功能、插拔次数≥1 0 万次、采用二次密封 , 带三状态(通、断、 拔) , 可带气维修 5 、多功能电源插座≥2 0 个, 等电位端子≥2 个, 数据扩展模块(视 频接口)≥2 个(可选 装B N C 、V G A 、R J 4 5 、R J 1 1 、H D M I 、R G B 等端口); 6、设备托盘≥ 3 个, 其中一个带抽屉 , 有自吸合功能, 并带 有标准铝合金导轨, 托 盘尺寸≥5 1 0 × 4 0 0 m m ; 7、具有可 独立装卸配件(不锈钢 输液架≥1 个, 网篮≥ 1 个); a. 不锈钢输 液架的输液钩≥4 个, 且上下高度可调节; b. 不锈钢网篮1 个, 网 篮尺寸3 0 0 × 2 0 0 * 1 0 0 m m (尺寸可 根据需求定制); 8、 机械刹车 9、麻醉废 气A G F S 回收系统相 关接口 1 0 、产品彩 页、使用说明书、合格 证、三包维修卡各1 本	菲歌特	否	上海菲歌特医疗科技有限公司	否	否	否	上海菲歌特医疗科技有限公司	20,000	11 (套)	220,000.00
-----	---	------	--	-----	---	---------------	---	---	---	---------------	--------	--------	------------

投标人盖章:

日期: 2025年12月30日

上海菲歌特医疗科技有限公司 2026-01-04 09:54:08