

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号: **440606-2025-03335**

采购项目编号: **JF2025 (SD) WZ0134**

项目名称: 广州中医药大学顺德医院附属勒流医院眼科手术显微镜等设备采购项目

采购人: 广州中医药大学顺德医院附属勒流医院 (佛山市顺德区勒流医院)

采购代理机构: 国义招标股份有限公司

第一章投标邀请

国义招标股份有限公司受广州中医药大学顺德医院附属勒流医院（佛山市顺德区勒流医院）的委托，采用公开招标方式组织采购广州中医药大学顺德医院附属勒流医院眼科手术显微镜等设备采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：广州中医药大学顺德医院附属勒流医院眼科手术显微镜等设备采购项目

采购计划编号：440606-2025-03335

采购项目编号：JF2025 (SD) WZ0134

采购方式：公开招标

预算金额：2,050,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(眼科手术显微镜等设备):

采购包预算金额：2,050,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	医用光学仪器	眼科手术显微镜	1(台)	详见第二章	是
1-2	医用光学仪器	电脑裂隙灯显微系统	1(台)	详见第二章	否
1-3	医用超声波仪器及设备	眼科A/B超声诊断仪	1(台)	详见第二章	否
1-4	手术器械	白内障超乳手术器械套包	5(套)	详见第二章	否
1-5	医用超声波仪器及设备	眼科手术系统（超乳仪器）	1(台)	详见第二章	是
1-6	医用光学仪器	角膜内皮镜	1(台)	详见第二章	否
1-7	医用光学仪器	眼底照相机	1(台)	详见第二章	否
1-8	医用光学仪器	验光仪(带角膜曲率)	1(台)	详见第二章	否
1-9	医用光学仪器	口腔显微镜	1(台)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同签订生效之日起60个日历天内完成。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证件等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
- 2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供。
- 3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供。
- 4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
- 5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

采购包1（眼科手术显微镜等设备）： 不属于专门面向中小企业采购的采购包。注：本项目标的所属行业为，工业。

3.本项目特定的资格要求:

采购包1（眼科手术显微镜等设备）：

1)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广东省政府采购网“政府采购违法失信行为清单”查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供书面声明）

3)已登记获取本次采购文件。（具体方式详见本项目公告）。

4)本项目不接受联合体投标。

5)具备有效的医疗器械经营许可证（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.cz.t.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介:

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.cz.t.gd.gov.cn/>)；广东省公共资源交易平台（<https://ygp.gdzfwf.gov.cn/>）、佛山市顺德区勒流街道政务网（<https://www.shunde.gov.cn/leliu/>）

六.本项目联系方式:

1.采购人信息

名称：广州中医药大学顺德医院附属勒流医院（佛山市顺德区勒流医院）

地址：佛山市顺德区勒流街道沿江中路1-2号

联系方式：0757-26369192

2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼

联系方式：020-37861051、020-37860563

3.项目联系方式

项目联系人：麦东淘、刘志丰

电话：020-37861051、020-37860563

4.技术支持联系方式

云平台联系方式: 020-88696588
开标评标服务专线: 020-88696599

采购代理机构: 国义招标股份有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

1. 项目标的及采购限价

包号	序号	设备名称	数量	★总价最高限价：（人民币 万元）	允许进口产品参与投标的设备	适用范围
包1	1-1	眼科手术显微镜	1	184.8	是	适用于开展眼科显微手术。
	1-2	电脑裂隙灯显微系统	1		否	用于在对患者眼部以及周边进行观察、摄，获取数字图像用。
	1-3	眼科A/B超声诊断仪	1		否	用于眼部超声的成像以及眼轴长度的生测量，以及人工晶体度数的计算。
	1-4	白内障超乳手术器械套包	5		否	用于开展眼科手术器械的套包。
	1-5	超乳仪器	1		是	用于白内障手术以及部分玻璃体手术的流、抽吸、晶状体破碎、玻璃体切除和凝。
	1-6	角膜内皮镜	1		否	用于检查角膜内皮形态和厚度的相机。
	1-7	眼底照相机	1		否	用于在无需散瞳的情况下，对患者眼底行观察、拍摄，获取视网膜图像用。
	1-8	验光仪(带角膜曲率)	1		否	适用于患者眼睛的客观屈光测量
	1-9	口腔显微镜	1		否	用于牙体牙髓、牙周的修复、种植等领，口腔手术及诊断设备。口腔显微镜可供放大的视野和良好的照明，降低手术风险，解决了以往传统牙髓治疗中视野限性及手感不确定性的问題，增强了操作的可视性和准确性。 适用人群：可用于牙髓治疗、牙周治疗修复治疗。

2. 总体要求：

(1) 投标人必须对本项目（所投包号内）的所有内容进行投标。

(2) 投标人漏报的单价或每单价投标中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在投标中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

注意：请供应商特别注意，供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中标或者成交后无正当理由拒绝与采购人签订合同的行为均属于违法行为，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3. 下文采购包“2.技术标准与要求”要求中，投标人注意满足以下要求：

有关具体技术(参数)要求中需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标人按自身情况编制投标方案。

具体技术(参数)要求中需求有关政策、标准、规范等，如有更新的，以最新现行版本为准。

除另有说明外，具体技术(参数)要求中需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数。

除另有说明外，**具体技术(参数)要求**中需求所述区间范围的是指：响应数值在该区间范围内，或响应区间能涵盖该范围的，均为符合要求；响应数值不在该范围内，或响应区间不能涵盖该范围的，均为负偏离。所述固定数值的可以完整、明确地描述采购标的需实现的功能或者目标、满足的质量、安全、技术规格、物理特性等技术要求，是指：响应数值满足或优于该固定数值的，均为符合要求；响应数值劣于该固定数值的，均为负偏离。

具体技术(参数)要求中有关配置的要求仅列出主要设备/部件需求，投标人确保设备及所有部件的完整性和可靠性，对于招标文件没有列出，而对该设备满足采购需求、正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，且均已包含在总价内。

★投标人所投医疗器械必须具备医疗器械注册/备案证明,包括药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证。

★投标人必须承诺，对于所投医疗器械，投标文件中响应的内容以及提供的技术证明，必须以药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书内容为准，涉及医疗器械名称、适用范围、作用机理或者结构及组成等内容的，不得超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围。投标人必须承诺，如中标后发现投标文件响应的内容或提供的技术证明超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围的，视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。

除另有说明外，有要求证明材料的，提供复印件/扫描件即可；清晰可辨，否则不予认可；供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，属于违法行为，将报监管部门依法处理。

对于采购需求中带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。

可通过“粤省事”“粤商通”等系统获取相关信息的，投标人可以在投标文件中书面承诺相应符合情况。

本项目有要求有关证明材料的，如无法及时取得并在投标文件中提供的，投标人可以在投标文件中书面承诺相应符合情况；承诺如中标，将在项目实施前提供原件核对，且符合或优于投标文件承诺。

虚假承诺的视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。

采购包1（眼科手术显微镜等设备）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订生效之日起60个日历天内完成供货、安装、调试及验收合格并交付使用。
标的提供的地点	广州中医药大学顺德医院附属勒流医院（佛山市顺德区勒流医院）（具体位置由采购人指定地点）
付款方式	<p>第1期为(预付款): 支付比例30%，合同生效后，中标人提供有效等额发票，采购人核实无误后5个工作日内支付合同总价的30%，作为预付款。。</p> <p>第2期为(进度款): 支付比例60%，设备到货，并完成设备安装调试部分的阶段性验收后，中标人提供有效等额发票，采购人核实无误后10个工作日内支付合同总金额的60%(要求在中标人提供全保保修承诺后)。</p> <p>第3期为(尾款): 支付比例10%，设备运行正常1年并完成培训及最终验收合格后，中标人提供有效等额发票，采购人核实无误后10个工作日内支付合同总金额的10%。注：（1）结算方式：转账结算（银行转账）。 （2）开具发票：中标人收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同中标人均必须与中标人名称一致。 （3）中标人应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任。若因上述原因导致付款延迟，中标人应继续履行合同义务，不得因此停止供货或服务。。</p>
如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。	

验收要求	<p>1期: 1) 货物若有国家标准按照国家标准验收, 若无国家标准按行业标准验收, 为原制造商制造的全新产品, 整机无污染, 无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依常规安全合法使用。2) 货物为原厂商未启封全新包装, 具出厂合格证, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。3) 中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及备件、随机工具等交付给采购人, 使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。4) 合同履行完毕, 中标人提出验收申请后7日内, 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收, 必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时, 由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的, 鉴定费由采购人承担; 否则鉴定费由中标人承担, 且退货处理, 按违约条例办理。5) 如所投设备属于《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》内的, 验收时中标人需提供合法正规的计量合格证, 否则验收不合格。如验收不合格的, 中标人应在接到采购人通知后10个工作日内完成整改并重新申请验收; 若再次验收仍不合格, 采购人有权解除合同, 并要求中标人支付合同金额10%的违约金作为赔偿。6) 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时中标人必须出具CCC认证证书复印件。如验收不合格, 中标人应在接到采购人通知后10个工作日内完成整改并重新申请验收, 否则采购人有权解除合同, 并要求中标人支付合同金额的10%作为违约金。</p>
履约保证金	不收取
	<p>★1. 报价要求: 1) 投标人报价不得高于本项目采购预算及最高限价。2) 投标人应报货交采购人指定地点/仓库(包括安装至指定位置)人民币含税价(包括但不限于全部产品及零配件、运输装卸、安装调试、设备网络连接、培训、售后服务、人工、交通差旅、耗材、检测调试的设备仪器、更换设备服务费、工具、管理、利润、风险、国家政府相关部门的税费及有关规定的费用、社保金等相关费用等合同实施过程中应预见和不可预见的全部费用以及代理服务费。)。3) 根据《政府采购和服务招标投标管理办法》(财政部令87号)第六十条规定, 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 评标委员会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料, 并根据投标人的说明作相应处理。</p> <p>2. 供货要求: (1) 所有产品来源均应符合有关规定, 产品来源渠道合法。(2) 中标人必须负责将所有设备运送至采购人指定的地点。如因中标人原因导致运输延误或设备损坏, 中标人应承担因此造成的全部损失。(3) 中标人在项目过程中(如货物安装、电路接线等)必须采取足够的安全措施, 确保施工的安全, 确保施工或者设备安装场地的完好如初, 并自行负责相关安全责任, 施工完毕后需及时清理好现场, 将所有无用的设备包装材料及施工安装过程中产生的垃圾带走, 凡由于施工或者设备安装造成的损失(包含对安装场地的地面或墙面造成的损坏等等)和由此产生的费用(包含清理安装场地垃圾和清洁工作产生的费用等等)均由中标人承担。如设备安装调试完, 当天未及时清理现场的, 由采购人安排人员清理, 其所需的费用由中标人支付。(4) 设备材料的包装必须是制造商原厂包装, 其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施, 凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。如因包装问题导致设备损坏或无法正常使用, 中标人应在48小时内提供备用设备, 并承担因此造成的全部损失。(5) 货物在现场的保管由中标人负责, 直至项目安装、验收完毕。如因中标人保管不当导致货物损坏或丢失, 乙方应承担因此造成的全部损失。(6) 货物在系统安装调试验收合格前的一切保险由中标人负责。中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。(7) 中标人有责任保证在投标时所提供的货物在实际供货时保持产地品牌型号一致, 如果中标人在实际供货时所提供的货物已经停产(不列入该厂家当时的</p>

其他

产品系统），采购人有权单方面终止合同的执行，并追究因乙方所提供的未达到所承诺的产品而产生的所有直接和间接损失，包括但不限于项目延误、额外费用及其他相关损失。（8）中标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权限单方面终止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺的产品而产生的所有损失和责任。（9）中标人负责将货物运到采购人的使用现场（整个运输过程包括但不限于装卸车、货物到现场的搬运费用）。 （10）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于中标人投标文件中所投产品设备的数量和性能。★（11）中标人若为代理经销商，中标人所投产品为第二类医疗器械，须在签订合同前向采购人提供有效的医疗器械经营备案凭证复印件。（12）采购人如有需要，中标人须按采购人要求将设备接入医院信息网络，所需的硬件、软件以及接入费、His接口费由中标人承担。

3.经验要求，投标人在经营范围内的投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录。

4.质保期或后续服务期，1) 所有设备质保期不少于三年。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期内核心产品每个季度提供一次设备维护保养服务（如厂家的保养标准高于此，从其规定），每次保养后需提交维修保养工作报告，未按时提供视为违约。保养服务相关费用已包含在报价内。2) 质保期内非因采购人的原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人提供 7×24 小时电话维护及故障响应服务，应在收到采购人通知后1小时内响应，并在2小时内派遣技术人员到达现场进行初步诊断，确保在4小时内派员到现场维修，并在2小时内提供备用机，确保在48小时内消除障碍。若维修时间超过48小时，按维修延误时间的1:5延长保修期；如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。若中标人未能在1小时内响应或未能在4小时内到达现场，每延迟1小时，中标人应向采购人支付合同金额千分之一的违约金；若中标人未能在48小时内消除障碍，每延迟一天，中标人应向采购人支付合同金额百分之一的违约金，且采购人有权扣除中标人合同保证金的50%作为惩罚。若中标人未能在72小时内消除障碍，采购人有权终止合同并要求中标人赔偿因此造成的全部损失。3) 保修期满后中标人对设备终身负责维修及系统、软件终身免费升级，长期以优惠价提供零配件。质保期后对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若未能在48小时内处理完毕，中标人应向采购人支付合同金额千分之五的违约金/每次，并且采购人有权聘请第三方消除障碍，由此产生的费用由中标人承担。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须48小时内提供同等次的设备或主要零配件予采购人临时使用。4) 因货物的质量问题发生争议时，双方应在争议发生后的5个工作日内共同选定一家有资质的第三方鉴定机构进行鉴定。如双方无法达成一致，可由采购人指定一家有资质的鉴定机构。鉴定机构应在选定或指定后的20个工作日内完成鉴定并出具报告。鉴定费用由败诉方承担。若鉴定结果表明货物符合质量技术标准，鉴定费用由采购人承担；否则由中标人承担，且退货处理，按违约条例办理。5) 在质保期内，同一设备、出现相同或相似故障现象连续两次维修仍无法正常使用，无条件48小时内更换同品牌、同型号新设备或主要零配件。

5. 培训要求，（1）中标人须根据采购人的要求安排熟悉本项目的专业技术人员在采购人指定的使用科室（采购人办公地点内）向采购人提供完备、全面的产品使用培训。培训内容包括设备的参数的设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除等，确保采购人能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。（2）中标人必须为所有被培训人员提供培训使用的文字资料和讲义等相关用品。

6.完全理解并接受合同条款要求，包括：合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等，详见第五章 合同文本。

7.投标要求，（1）投标文件必须按“2.技术标准与要求”附表的条款一一填写投标货物及配套服务的实际数据，填写符合情况。（2）投标人针对本项目制定技术方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：项目重难点分析及解决方案、项目执行的整体架构技术方案等。要求重难点定位精准，方案创新性强且成效显著，架构先进科学，技术可行性极高。（3）投标人针对本项目制定供货保障方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：设备选型配置、供货进度计划、质量保证方案等。要求设备选型高度适配，进度计划周密严谨，质量保证体系健全，风险管控有效。（4）投标人针对本项目制定培训方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：培训计划（含培训内容）；培训时长、次数等。要求培训计划科学系统，时长次数合理。（5）投标人针对本项目制定售后服务方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：包装、运输、装卸、投保等计划；安装、调试计划；技术支持计划；维护保养计划；应急服务预案等。要求各计划完整细致、科学合理，应急预案周全，服务保障体系完善。（6）投标人自2022年1月1日至本项目投标截止时间当天（以合同签订时间为准），具备与本项目同类设备的供应项目经验：眼科手术显微镜或者超乳仪器。

说明，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数 量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	技术要 求
1	△	医用光学仪器	眼科手术显微镜	台	1. 00	440,000.00	440,000.00	工业	详见附表一
2		医用光学仪器	电脑裂隙灯显微系 统	台	1. 00	100,000.00	100,000.00	工业	详见附表二
3		医用超声波仪器 及设备	眼科A/B超声诊断仪	台	1. 00	45,000.00	45,000.00	工业	详见附表三
4		手术器械	白内障超乳手术器 械套包	套	5. 00	5,000.00	25,000.00	工业	详见附表四
5	△	医用超声波仪器 及设备	眼科手术系统（超 乳仪器）	台	1. 00	650,000.00	650,000.00	工业	详见附表五
6		医用光学仪器	角膜内皮镜	台	1. 00	220,000.00	220,000.00	工业	详见附表六
7		医用光学仪器	眼底照相机	台	1. 00	200,000.00	200,000.00	工业	详见附表七
8		医用光学仪器	验光仪(带角膜曲率)	台	1. 00	70,000.00	70,000.00	工业	详见附表八
9		医用光学仪器	口腔显微镜	台	1. 00	300,000.00	300,000.00	工业	详见附表九

附表一： 眼科手术显微镜 进口产品

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		眼科手术显微镜技术参数 1.光学系统

1	<p>1.1 配备主刀镜和助手镜。</p> <p>1.2 ▲工作距离200mm时，12.5倍目镜下，最大视场直径≥50mm。</p> <p>1.3 工作距离200mm时，12.5倍目镜下，最大放大倍率≥25倍。</p> <p>1.4 左右光学系统之间的放大率差≤2%。</p> <p>1.5 物镜：标配F=200mm物镜。后期可选装F=175mm,225mm物镜。</p> <p>1.6 目镜：标配12.5倍目镜，屈光度+/-5。</p> <p>1.7 双目镜筒瞳距调整范围55-75mm。</p> <p>1.8 在最高放大倍率视场中心的分辨率≥1800线对/mm。</p> <p>1.9 主刀镜与助手镜同步变倍，同视野，同步对焦，无需单独调节。</p> <p>1.10▲12.5倍目镜下，放大倍率4-25倍之间，电动变倍系统。</p> <p>1.11▲电动微调焦系统，调焦速度可设置，调焦范围≥40mm。</p> <p>2.支架系统</p> <p>2.1▲电动XY移动模块，平移范围≥40mm×40mm，可复位重设。</p> <p>2.2 光学头倾斜角度+/-15°</p> <p>2.3 支架最大水平伸展范围≥1060mm。</p> <p>2.4 显微镜除光学系统以外的附件，最大重量≥3.5kg</p> <p>2.5 落地支架，支架底座占地面积≤610mm×610mm</p> <p>3.照明系统</p> <p>3.1▲照明：免光纤传导，LED光源，使用寿命≥50000小时，光源亮度可调。</p> <p>3.2 光源无紫外线和红外线辐射。</p> <p>3.3 照明系统显色指数≥85%，受照面温升转换为辐照度Ee≤1000W/m²</p> <p>3.4▲同轴、内置式红光反射照明。</p> <p>4.控制系统</p> <p>4.1▲多功能防水脚踏，功能数≥8个，可控制XY移动、调焦、变倍。</p> <p>5.其他配套要求</p> <p>5.1 有完善的售后服务体系，制造商在华南地区有售后服务团队，配有专职工程师负责产品的售后维修。 。</p> <p>5.2在中国有零部件储备仓库，能及时提供配件，保证维修速度。</p> <p>6.手术显微镜配置要求</p>
---	---

序号	配置内容	数量
1	光学系统	1套
2	支架系统	1套
3	照明系统（内置LED）	1套
4	物镜（F=200mm）	1个
5	防尘罩	1个
6	主刀镜：可折叠双目镜筒	1个
7	12.5倍目镜	4个
8	分光器	1个
9	助手镜：斜45°双目镜筒	1个
10	多功能脚踏	1个
11	助手镜基座	1个

说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>
----	---

附表二：电脑裂隙灯显微系统

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p style="text-align: center;">电脑裂隙灯显微系统技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 显微镜类型：伽利略平行夹角式 2. 变倍方式：非连续5级转鼓变倍式 3. 放大倍率：6.3x、10x、16X、25x、40x 4. 目镜倍率：12.5倍 5. 目镜夹角：10° 6. 瞳距调节范围：52mm-80mm 7. 屈光度调节：-8D-+8D 8. 视场直径：36.2mm、22.3mm、14mm、8.9mm、5.7mm 9. 裂隙宽度：0-14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形） 10. 裂隙长度：1-14mm 连续可调 11. ▲光源：3V LED灯源 12. 裂隙角度：0-180由垂直到水平方向连续可调 13. 裂隙倾斜：5、10、15、20 14. ▲滤光片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 内置黄色滤光片 15. 光阑尺寸：14mm、10mm、5mm、3mm、2mm、1mm、0.2mm 16. 照度：150KLX 17. 背景照明：集自然光/红外光于一体的同轴背景光源模块 18. 背景照明亮度调节方式：自然光亮度连续可调 19. 图像传感器：500万像素 20. 照片分辨率：≥2592×1944 21. 照片格式：JPEG 22. 视频分辨率：1944×2592 23. 视频帧速：25fps 24. 视频格式：Mpeg4 H.264

1	<p>25. 曝光模式: 自动曝光, 自动增益</p> <p>26. 传输接口: USB 3.0 TYPE-C</p> <p>27. ▲自动数码模块: 1/1.8寸传感器, 2.4微米像元, 红外光源传感器, 自动曝光, 自动增益, 光圈可调, 五种白平衡模式, 高灵敏度, 可开关宽动态范围</p> <p>28. 视频输出接口: Micro HDMI高清接口, 可连接显示屏直接显示数码模块预览画面, 便于示教和展示</p> <p>29. DICOM接口: 支持网络连接医院影像系统</p> <p>30. 智能病例管理软件: 支持病例编辑储存, 病例对比</p> <p>31. ▲电源: 内置宽压电源组件, 集电源开关、亮度调节旋钮、多点触控拍照按钮于一体, 便于安装和操作</p> <p>32. 设备配置要求</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">序号</th><th style="text-align: center;">配置名称</th><th style="text-align: center;">数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>裂隙灯显微镜主体</td><td style="text-align: center;">1台</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>金属台面板组件</td><td style="text-align: center;">1个</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>齿条盖(左右各1)</td><td style="text-align: center;">2个</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>显微镜目镜组件</td><td style="text-align: center;">1个</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>电源线</td><td style="text-align: center;">1条</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td>颤托纸</td><td style="text-align: center;">1包</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7</td><td>内六角扳手2mm和5mm</td><td style="text-align: center;">1个</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8</td><td>反射镜</td><td style="text-align: center;">1个</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">9</td><td>对焦棒</td><td style="text-align: center;">1个</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td>防尘罩</td><td style="text-align: center;">1个</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">11</td><td>防护板</td><td style="text-align: center;">1个</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">12</td><td>电动对焦数码模块</td><td style="text-align: center;">1台</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">13</td><td>U盘(软件)</td><td style="text-align: center;">1个</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">14</td><td>终端输出工作平台(一体机)</td><td style="text-align: center;">1台</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">15</td><td>升降台</td><td style="text-align: center;">1台</td></tr> </tbody> </table>	序号	配置名称	数量	1	裂隙灯显微镜主体	1台	2	金属台面板组件	1个	3	齿条盖(左右各1)	2个	4	显微镜目镜组件	1个	5	电源线	1条	6	颤托纸	1包	7	内六角扳手2mm和5mm	1个	8	反射镜	1个	9	对焦棒	1个	10	防尘罩	1个	11	防护板	1个	12	电动对焦数码模块	1台	13	U盘(软件)	1个	14	终端输出工作平台(一体机)	1台	15	升降台	1台
序号	配置名称	数量																																															
1	裂隙灯显微镜主体	1台																																															
2	金属台面板组件	1个																																															
3	齿条盖(左右各1)	2个																																															
4	显微镜目镜组件	1个																																															
5	电源线	1条																																															
6	颤托纸	1包																																															
7	内六角扳手2mm和5mm	1个																																															
8	反射镜	1个																																															
9	对焦棒	1个																																															
10	防尘罩	1个																																															
11	防护板	1个																																															
12	电动对焦数码模块	1台																																															
13	U盘(软件)	1个																																															
14	终端输出工作平台(一体机)	1台																																															
15	升降台	1台																																															
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。</p>																																																

附表三：眼科**A/B**超声诊断仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p style="text-align: center;">眼科A/B超声诊断仪技术参数</p> <p>1.A超</p> <p>1.1探头频率: $\geq 10\text{MHz}$, 内置发光管</p> <p>▲1.2测量精度: $\leq \pm 0.04\text{mm}$</p> <p>1.3测量参数: 前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度</p> <p>1.4测量模式: 晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼</p> <p>1.5 IOL公式: SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS</p> <p>1.6统计计算: 平均值和标准差</p>

▲1.7存储: 可存储≥10次A超扫描结果

2.B超

2.1探头频率: ≥10 MHz磁驱动静音探头

2.2扫描方式: 扇形扫描

2.3放大功能: 多级连续放大, 实时放大

2.4分辨力: 轴向≤0.2mm 侧向≤0.4mm

▲2.5 B超几何位置精度: 横向≤3% 纵向≤2%

2.6探测深度: ≥60mm

2.7玻璃体和视网膜增强功能

2.8探头增益: 30dB-105Db

2.8扫描角度: ≥53度

2.9图像灰级: ≥256级

2.10伪彩模式: 多种伪彩

2.11测量类型: 多组距离、周长及面积

2.12图象后处理: 多组伪彩处理曲线

▲2.13电影回放: ≥100幅图像回放, 支持AVI、JPG等格式影像输出

3.显示模式: B、B+B、B+A、A

4.所见提示: 预置专家字典输入或手工输入

5.检索功能: 多关键字检索功能

6.自定义报告模板

7.眼科A/B超声诊断仪配置要求

序号	配置名称	数量
1	A/B超主机	1套
2	10MHz A超探头	1个
3	10MHz B超探头	1个
4	标定柱	1个
5	脚踏	1个
6	医用显示器	1台
7	键盘	1个
8	音箱	1个
9	图像输出平台	1台
10	A/B超影像工作软件	装入系统

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。
----	--

附表四：白内障超乳手术器械套包

参数性质	序号	具体技术(参数)要求																																																
	1	<p style="text-align: center;">白内障超乳手术器械套包</p> <p>1.用途：用于配套开展白内障超声乳化手术使用。</p> <p>2.白内障手术器械配置要求</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; width: fit-content;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px;">序号</th><th style="padding: 2px;">配置名称</th><th style="padding: 2px;">数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px;">1</td><td style="padding: 2px;">持针钳</td><td style="padding: 2px;">1个</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">2</td><td style="padding: 2px;">角膜剪</td><td style="padding: 2px;">1个</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">3</td><td style="padding: 2px;">晶体定位钩</td><td style="padding: 2px;">1个</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">4</td><td style="padding: 2px;">晶体植入镊</td><td style="padding: 2px;">1个</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">5</td><td style="padding: 2px;">晶状体线环</td><td style="padding: 2px;">1个</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">6</td><td style="padding: 2px;">开睑器</td><td style="padding: 2px;">1个</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">7</td><td style="padding: 2px;">囊膜剪</td><td style="padding: 2px;">1个</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">8</td><td style="padding: 2px;">45°劈核刀</td><td style="padding: 2px;">1个</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">9</td><td style="padding: 2px;">劈核刀（直角）</td><td style="padding: 2px;">1个</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">10</td><td style="padding: 2px;">撕囊镊</td><td style="padding: 2px;">1个</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">11</td><td style="padding: 2px;">系线镊（无齿）</td><td style="padding: 2px;">3个</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">12</td><td style="padding: 2px;">眼用结扎镊（有齿）</td><td style="padding: 2px;">3个</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">13</td><td style="padding: 2px;">眼用注吸器</td><td style="padding: 2px;">1个</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">14</td><td style="padding: 2px;">医用剪</td><td style="padding: 2px;">1个</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">15</td><td style="padding: 2px;">消毒盒</td><td style="padding: 2px;">1个</td></tr> </tbody> </table>	序号	配置名称	数量	1	持针钳	1个	2	角膜剪	1个	3	晶体定位钩	1个	4	晶体植入镊	1个	5	晶状体线环	1个	6	开睑器	1个	7	囊膜剪	1个	8	45°劈核刀	1个	9	劈核刀（直角）	1个	10	撕囊镊	1个	11	系线镊（无齿）	3个	12	眼用结扎镊（有齿）	3个	13	眼用注吸器	1个	14	医用剪	1个	15	消毒盒	1个
序号	配置名称	数量																																																
1	持针钳	1个																																																
2	角膜剪	1个																																																
3	晶体定位钩	1个																																																
4	晶体植入镊	1个																																																
5	晶状体线环	1个																																																
6	开睑器	1个																																																
7	囊膜剪	1个																																																
8	45°劈核刀	1个																																																
9	劈核刀（直角）	1个																																																
10	撕囊镊	1个																																																
11	系线镊（无齿）	3个																																																
12	眼用结扎镊（有齿）	3个																																																
13	眼用注吸器	1个																																																
14	医用剪	1个																																																
15	消毒盒	1个																																																
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。																																																

附表五：眼科手术系统（超乳仪器） 进口产品

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p style="text-align: center;">超乳仪器技术参数</p> <p>1.灌注</p> <p>1.1灌注压：由灌注杆的高度控制,可调范围30-90cm</p> <p>1.2开始/停止：由节流阀控制</p> <p>2抽吸</p> <p>2.1抽吸泵：蠕动泵</p> <p>▲2.2负压范围：0至650mmHg(增量为5mmHg)</p> <p>2.3负压控制：固定值/线性值</p> <p>2.4流速范围：1至60 mL/min (增量为1 mL/min)，受抽吸泵转速控制</p> <p>2.5流速控制：固定值/线性值</p> <p>2.6前房平衡：灌注平衡</p> <p>2.7回流：灌注回吐</p>

	<p>3.超声波</p> <p>3.1频率: $40\text{kHz} \pm 10\%$</p> <p>▲3.2频率调谐: 自动调谐</p> <p>3.3功率输出: 显参照最大振幅 (100%)</p> <p>3.4功率输出范围: 0至100 % (增量为5 %)</p> <p>3.5针头震动范围: $\leq 100\mu\text{m}$</p> <p>4.超乳针头</p> <p>4.1针头形状: 直口, 喇叭口, 120°喇叭口弯曲探头, 微型喇叭口</p> <p>4.2支持针头类型: 19G、20G、21G、23G</p> <p>▲5.耗材: I/A管道、针头、超乳手柄及前节玻切头均可高温高压重复消毒使用</p> <p>6.显示</p> <p>▲6.1医用显示屏: ≥ 10.4英寸彩色医用触摸液晶屏</p> <p>1 ▲6.2系统: 支持≥ 9种语言, 并含有全中文操作系统, 附带语音提示功能</p> <p>▲6.3操作辅助: 内置可视化操作流程</p> <p>7.脚踏板:</p> <p>7.1具有线性/定性控制两种方式</p> <p>7.2操作程序脚踏可控</p> <p>▲7.3脚踏设有至少三个档位</p> <p>7.4支持回吐功能</p> <p>8.配置要求</p>																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>配置名称</th><th>数 量</th><th>单 位</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>眼科手术系统标准配件</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>终端工作平台</td><td>1</td><td>台</td></tr> <tr> <td>脚踏板</td><td>1</td><td>个</td></tr> <tr> <td>集液袋</td><td>10</td><td>个</td></tr> <tr> <td>白内障手术用管路套装</td><td>2</td><td>套</td></tr> <tr> <td>硅胶套管</td><td>2</td><td>个</td></tr> <tr> <td>测试腔</td><td>2</td><td>个</td></tr> <tr> <td>US 手柄</td><td>2</td><td>个</td></tr> <tr> <td>US 探头</td><td>2</td><td>个</td></tr> <tr> <td>I/A 手柄</td><td>2</td><td>个</td></tr> <tr> <td>I/A探头</td><td>2</td><td>个</td></tr> <tr> <td>探头用扳手</td><td>2</td><td>把</td></tr> <tr> <td>使用说明书</td><td>1</td><td>本</td></tr> <tr> <td>附件清洗手册</td><td>1</td><td>本</td></tr> <tr> <td>产品合格证</td><td>1</td><td>个</td></tr> </tbody> </table>	配置名称	数 量	单 位	眼科手术系统标准配件			终端工作平台	1	台	脚踏板	1	个	集液袋	10	个	白内障手术用管路套装	2	套	硅胶套管	2	个	测试腔	2	个	US 手柄	2	个	US 探头	2	个	I/A 手柄	2	个	I/A探头	2	个	探头用扳手	2	把	使用说明书	1	本	附件清洗手册	1	本	产品合格证	1	个
配置名称	数 量	单 位																																															
眼科手术系统标准配件																																																	
终端工作平台	1	台																																															
脚踏板	1	个																																															
集液袋	10	个																																															
白内障手术用管路套装	2	套																																															
硅胶套管	2	个																																															
测试腔	2	个																																															
US 手柄	2	个																																															
US 探头	2	个																																															
I/A 手柄	2	个																																															
I/A探头	2	个																																															
探头用扳手	2	把																																															
使用说明书	1	本																																															
附件清洗手册	1	本																																															
产品合格证	1	个																																															
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。</p>																																																

附表六: 角膜内皮镜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求																		
	1	<p>角膜内皮镜技术参数</p> <p>1.▲拍摄方式：非接触拍摄。拍摄范围：$\geq 0.25\text{mm} \times 0.55\text{mm}$</p> <p>2.▲拍摄位置：中心点位+6近轴点位+6边缘点位</p> <p>3.工作模式：全自动、半自动</p> <p>4.中心角膜厚度测量范围：$400\mu\text{m} \sim 750\mu\text{m}$</p> <p>5.中心角膜厚度测量精度：$\pm 10\mu\text{m}$ ($< 600\mu\text{m}$) ; $\pm 25\mu\text{m}$ ($> 600\mu\text{m}$)</p> <p>6.分析参数：NUM(细胞数量)、CD(细胞密度)、AVG(细胞平均面积)、SD(细胞面积标准差)、CV(细胞面积变化系数)、MAX(最大细胞面积)、MIN(最小细胞面积)、6A(六边形细胞比例)</p> <p>7.▲直方图：Aera: Polymegathism (按照细胞面积分类)、Apex: Plemorphism (按照细胞形状分类)</p> <p>8.手动分析功能：可自主选择分析区域，系统会根据所选区域重新计算主要参数。</p> <p>9.显示屏：≥ 10.4寸医用彩色触摸液晶屏 ($\geq 1080P$)</p> <p>10.数据传输:USB×2;LAN×1;支持DICOM3.0</p> <p>11.配套角膜内皮细胞计配置要求</p> <table border="1" data-bbox="520 848 1207 1215"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>配置名称</th><th>数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>角膜内皮细胞计</td><td>1台</td></tr> <tr> <td>2</td><td>图像输出平台</td><td>1台</td></tr> <tr> <td>3</td><td>标准工作台面</td><td>1张</td></tr> <tr> <td>4</td><td>说明书</td><td>1本</td></tr> <tr> <td>5</td><td>防尘罩</td><td>1个</td></tr> </tbody> </table>	序号	配置名称	数量	1	角膜内皮细胞计	1台	2	图像输出平台	1台	3	标准工作台面	1张	4	说明书	1本	5	防尘罩	1个
序号	配置名称	数量																		
1	角膜内皮细胞计	1台																		
2	图像输出平台	1台																		
3	标准工作台面	1张																		
4	说明书	1本																		
5	防尘罩	1个																		
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>																			

附表七：眼底照相机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		<p style="text-align: right;">眼底照相机技术参数</p> <p>▲1.成像视场为45°、65°（可选），视场允差≤±7%。</p> <p>▲2.成像方式：CCD对焦成像。</p> <p>3.工作模式：全自动、半自动</p> <p>▲4.成像分辨率</p> <p> 视场中心处 $\geq 60\text{lp/mm}$;</p> <p> 视场中部处 ($r/2$) $\geq 40\text{lp/mm}$;</p> <p> 视场边缘处 (r) $\geq 25\text{lp/mm}$。</p> <p>5.患者屈光不正补偿的调焦范围：-15D~+15D。</p> <p>6.工作距离$\geq 13\text{mm}$</p> <p>7.最小可拍摄瞳孔直径$\leq 4\text{mm}$</p> <p>8.提供全面的病例管理功能，包括：建立、修改、删除、存档、拷贝、检索等；</p> <p>9.提供图文病例报告，可通过图像输出平台输出；</p> <p>▲10.提供眼底图像处理功能，可通过所拍摄的眼底彩色图像获得以下类型图片：</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 去红（Red-free）图像：去除彩色图像中的红色通道，形成黑白图像； ② 血管增强图像：对血管进行对比度增强，使其更加明显； ③ 神经纤维增强图像：对神经纤维进行对比度增强，使其更加明显； ④ 脉络膜增强图像：对脉络膜血管进行对比度增强，使其更加明显。 <p>11.提供视杯视盘比计算功能。医生可在眼底图像中通过画笔控件标记出视杯、视盘的范围，软件可根据标记自动计算出视杯视盘比。</p> <p>12.提供眼底图像可信度评估过程所需的标准眼底图像，方便医生进行比对。</p> <p>13.可选配多视场图像拼接功能以及AI智能阅片功能。</p> <p>14.眼底照相机配置要求</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th><th style="width: 60%;">配置名称</th><th style="width: 30%;">数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>眼底相机主机</td><td>1台</td></tr> <tr> <td>3</td><td>彩色图像输出平台</td><td>1台</td></tr> <tr> <td>4</td><td>工作台车</td><td>1个</td></tr> <tr> <td>5</td><td>防尘罩</td><td>1个</td></tr> </tbody> </table>	序号	配置名称	数量	1	眼底相机主机	1台	3	彩色图像输出平台	1台	4	工作台车	1个	5	防尘罩	1个
序号	配置名称	数量															
1	眼底相机主机	1台															
3	彩色图像输出平台	1台															
4	工作台车	1个															
5	防尘罩	1个															
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>															

附表八：验光仪(带角膜曲率)

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p style="text-align: center;">验光仪(带角膜曲率)技术参数</p> <p>1.电脑验光:</p> <p>1.1球镜: -30.00D至+25.00D (VD = 12 mm) (0.01 / 0.12 / 0.25 D增量)</p> <p>1.2柱镜: 0至±12.00 D (0.01 / 0.12 / 0.25 D增量)</p> <p>1.3轴位: 0至 180° (1° / 5°增量)</p> <p>1.4最小可测量瞳孔直径: Ø2mm</p> <p>2.角膜曲率:</p> <p>2.1曲率半径: 5.00至13.00mm (0.01mm增量)</p> <p>2.2屈光力: 25.96至67.50D n=1.3375 (0.01/0.12/0.25D增量)</p> <p>2.3柱镜: 0至±12.00D (0.01/0.12/0.25D增量)</p> <p>2.4轴位: 0至 180° (1°/5°增量)</p> <p>2.5矢高测量: 从中心起每25°测量 (上侧, 下侧, 鼻侧, 颞侧)</p> <p>3.瞳孔距离测量 (PD): 远用30至85mm (1mm增量) 近用28至80mm (1mm增量) 近用距离40 mm</p> <p>4.瞳孔大小测量 (PS): 1.0至10.0 mm (0.1 mm增量)</p> <p>5.角膜大小测量 (CS): 10.0至14.0mm (0.1mm增量)</p> <p>▲6.双环大瞳孔区域成像, 可测6mm瞳孔区域屈光 (同时测量明暗瞳孔屈光)</p> <p>▲7.视力比较 (模拟戴镜效果)</p> <p>▲8.散光预矫正功能</p> <p>▲9.CAT (白内障) 模式: 屈光间质混浊测量模式</p> <p>10.隐形眼镜度数测量</p> <p>11.测量方式: 自动/手动</p> <p>▲12.显示: ≥6.5英寸可倾斜式彩色医用LCD液晶屏</p> <p>13.图像输出平台: 快装型带自动切纸功能的行式热敏图像输出平台</p> <p>14.接口: RS-232C,USB,LAN</p> <p>15.验光仪(带角膜曲率)配置要求</p> <p>1) 终端工作平台1台</p> <p>2) 防尘罩1个</p> <p>3) 使用说明书1本</p> <p>4) 产品合格证1张</p> <p>5) 电动桌1台</p>
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。</p>	

附表九：口腔显微镜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p style="text-align: right;">口腔显微镜技术参数</p> <p>(一) 光学系统</p> <p>1、目镜: 12.5x/18B 高眼点目镜, 可获得更大视野</p> <p>2、▲双目镜筒: 0-210° (内置式瞳距调节) 连续可调角度双目镜筒, 满足不同医生的操作体位</p> <p>3、▲变倍方式: 连续变倍</p> <p>4、总放大率: 3.6x~23.3x</p> <p>5、视场直径: 9.7-150mm</p> <p>6、瞳距调节范围: 55mm-75mm</p> <p>7、目镜屈光度调节范围: ±7D;</p> <p>8、▲超大变焦物镜系统: 变焦范围 WD180-460mm、200mm-550mm。</p> <p>9、正负士15°钟摆系统</p> <p>10、光学延长器</p> <p>(二) 照明系统</p> <p>1、照明光源: 内置高可靠性医用级 LED 光源, 亮度连续可调</p> <p>2、物面最低照度 ($f=250\text{mm}$): $\text{DOM4000E} \geq 50000\text{lx}$</p> <p>3、照明光斑直径: $\geq 60\text{mm}$</p> <p>4、照明显色指数 (R_a): $\geq 85\%$</p> <p>5、照明光色温: 5700K</p> <p>6、滤色片: 两种或以上滤光模式: 橙色: 可防止树脂材料过早固化; 绿色: 在有血的环境中更容易看清细小的组织。</p> <p>(三) 支架系统</p> <p>1、最大臂展: 1650mm; 横臂回转半径: 570mm (360°旋转); 弹簧臂回转半径: 850mm, $\pm 100^\circ$ 旋转, 弹簧臂上下移动范围: $\pm 300\text{mm}$</p> <p>2、▲底座尺寸: $\leq 516\text{mm} \times 516\text{mm}$, 以便节省诊室空间</p> <p>3、支架具有抗菌的纳米银离子镀层, 防止交叉感染。</p> <p>(四) 内置超高清录像系统</p> <p>1、录像分辨率: $\geq 3840 \times 2160$</p> <p>2、▲实时显示分辨率: $\geq 60\text{fps} @ \geq 3840 \times 2160$</p> <p>3、图片最大分辨率: ≥ 800 万像素</p> <p>4、存储介质: U 盘 (128G), 最大支持 512G</p> <p>5、支持 USB 口: ≥ 3 个</p> <p>6、多种控制模式: 支持手柄、无线脚踏、遥控器等</p> <p>7、APP 功能: 支持拍照、录像、图片编辑、简单病例报告等。</p> <p>(五) 电气参数:</p> <p>1、输入电压: 220V 50Hz</p> <p>2、最大功率: $\leq 86\text{W}$</p> <p>3、待机功率: $\leq 1\text{W}$</p> <p>4、工作温度: 0-35°</p>
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。</p>

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州中医药大学顺德医院附属勒流医院（佛山市顺德区勒流医院），是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。		
序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	远程电子开标

3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户账号：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>支票提交方式：无</p> <p>汇票、本票提交方式：无</p> <p>投标保证金有效期：与投标有效期一致。</p> <p>投标保函提交方式：供应商可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p>
10	投标文件要求	<p>一、电子投标文件（必须提供）：</p> <p>（1）加密的电子投标文件1份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。</p> <p>（2）非加密电子版文件U盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。</p> <p>非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用CA证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。</p> <p>二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。</p> <p>在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。</p>
11	中标候选供应商推荐家数	采购包1：1家
12	中标供应商数量	采购包1：1家
13	有效供应商家数	<p>采购包1：3家</p> <p>此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。</p>
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无：本项目兼投兼中。
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。

16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目建设标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定的85%执行，按差额定率累进法计算，以中标通知书确定的中标金额作为收费的计算依据计算收取，本项目类型为货物招标。
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	1、政府采购合同融资，参与政府采购的中小微企业可凭借 中标（成交）通知书或政府采购合同，利用“省中小融”、“粤信融”、“中征应收账款融资服务平台”等平台向金融机构申请融资，获得无财产抵押贷款。 2、有关专门面向中小企业采购，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目符合“按照办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现”的情形，为非专门面向中小企业预留采购份额的项目。 3、中标人纸质投标文件归档，投标人若中标后，须在中标公告发布3日内将在云平台上传的电子投标文件制作成纸质投标文件1份，邮寄至广东省广州市越秀区东风东路726号19楼（收件信息：麦先生 020-37861051），用于采购人归档。 4、真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 5、招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。
19	开标解密时长	30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1 联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订

共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5 联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4 获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6 采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1. 投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2. 投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另

一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由国义招标股份有限公司代收。具体操作要求详见国义招标股份有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询国义招标股份有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至国义招标股份有限公司，到账情况以开标时国义招标股份有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2 投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

(4) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

(5) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

7. 投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将被视为无效。

8. 样品（演示）

8.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3 采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9. 除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2 不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1. 开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

- (1) 经检查数字证书无效的；
- (2) 因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
- (3) 如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)广东省公共资源交易平台 (<https://ygp.gdzfwf.gov.cn/>)、佛山市顺德区勒流街道政务网 (<https://www.shunde.gov.cn/leliu/>) 上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广东省公共资源交易平台 (<https://ygp.gdzfwf.gov.cn/>)、佛山市顺德区勒流街道政务网 (<https://www.shunde.gov.cn/leliu/>) 上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860713/715（工作时间：8:30-17:00）

传真：/

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市越秀区东风东路726号9楼监审部

邮编：510080

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省佛山市顺德区财政局监督与绩效科

地 址：佛山市顺德区大良德民路区政府行政大楼3楼

电 话：0757-22831619

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(眼科手术显微镜等设备): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由国义招标股份有限公司统一对外发布。

(2) 对国义招标股份有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

*对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排序,确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正:

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

(5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（眼科手术显微镜等设备）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	——	5%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

(1) 所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

(2) 符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（眼科手术显微镜等设备）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。
6	信用记录	没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广东省政府采购网“政府采购违法失信行为清单”查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料]。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供书面声明）
8	采购文件	已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。
9	联合体	本项目不接受联合体投标。
10	特殊资格	具备有效的医疗器械经营许可证（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。
11	有关中小企业	不属于专门面向中小企业采购的采购包。注：本项目标的所属行业为，工业。

表二符合性审查表：

采购包1（眼科手术显微镜等设备）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标报价	1) 投标报价未超过本项目最高限价; 2) 对本项目全部招标内容进行投标报价; 3) 投标报价是唯一确定的。
2	签署及盖章	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章
3	法定代表人证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章
4	投标有效期	提供《投标函》，报价有效期为自提交投标文件的截止之日起90日
5	“★”号条款响应	实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离
6	产地来源	招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。其中，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
7	报价修正	如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价，投标人按规定书面确认。
8	串标投标	未出现视为投标人串标投标所列的情形。
9	附加条件	投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。
10	报价合理性	如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(眼科手术显微镜等设备):

评审因素	评审标准
分值构成	商务部分5.0分 技术部分65.0分 报价得分30.0分

	投标文件对采购需求的符合性 (53.0分)	投标文件必须按“2.技术标准与要求”附表的条款一一填写投标货物及配套服务的实际数据，填写符合情况。 1.标注“▲”的非实质性条款。完全满足或优于一项标注“▲”的非实质性条款的，得1分；共计39项，最高39分。 2.非标注“▲”的非实质性条款，其中“各设备配置要求”、附表八：验光仪(带角膜曲率)中的“1.电脑验光”、“2.角膜曲率”分别整体作为一项条款。完全满足或优于一项非标注“▲”的非实质性条款的，得0.1分；共计140项，最高14分。注：（1）如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的视为负偏离；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人投标文件中的《技术和服务要求响应表》中响应的具体内容为准。（2）以采购需求中最细一级条款作为单项条款，含有下一级条款且本身仅作为标题的不计入条款数量。其中，如果标注“▲”的条款含有下一级的，整体视为一项“▲”条款；如果非标题条款的下一级已有标注“▲”条款的，条款本身及其下一级均计入条款数量。（3）对于采购需求中带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。
技术部分	投标人的技术方案 (7.5分)	投标人针对本项目制定技术方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：项目重难点分析及解决方案、项目执行的整体架构技术方案等。 7.5分：重难点定位精准，方案创新性强且成效显著，架构先进科学，技术可行性极高。 4分：重难点分析准确，方案切实可行，架构合理完善，存在可控技术风险。 2分：重难点识别不清，方案缺乏验证，架构存在漏洞，技术风险高。 0分：未剖析重难点，方案无针对性，架构杂乱无章，技术完全不可行。
	投标人的供货保障 (1.5分)	投标人针对本项目制定供货保障方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：设备选型配置、供货进度计划、质量保证方案等。 1.5分：设备选型高度适配，进度计划周密严谨，质量保证体系健全，风险管控有效。 1分：设备选型合理恰当，进度计划切实可行，质量保证措施齐全，风险能够管控。 0.5分：设备选型部分失当，进度计划存在疏漏，质量保证措施缺失，风险隐患突出。 0分：设备选型盲目随意，进度计划毫无章法，无质量保证方案，供货无法保障。
	投标人的培训方案 (1.5分)	投标人针对本项目制定培训方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：培训计划（含培训内容）；培训时长、次数。 1.5分：培训计划科学系统，时长次数合理。 1分：培训计划条理清晰，时长次数适宜。 0.5分：培训计划存在缺陷，时长次数不当。 0分：无明确培训计划，时长次数混乱。
	投标人的售后服务 (1.5分)	投标人针对本项目制定售后服务方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：包装、运输、装卸、投保等计划；安装、调试计划；技术支持计划；维护保养计划；应急服务预案等。 1.5分：各计划完整细致、科学合理，应急预案周全，服务保障体系完善。 1分：各计划清晰明确、切实可行，应急方案有效，有服务保障体系。 0.5分：部分计划存在疏漏，应急响应迟缓，服务保障能力不足。 0分：关键计划缺失，无应急预案，无法保障售后服务实施。
商务部分	投标人的同类项目经验 (5.0分)	投标人自2022年1月1日至本项目投标截止时间当天（以合同签订时间为准），具备与本项目同类设备的供应项目经验：眼科手术显微镜或者超乳仪器，每1项得1分，最高5分。注：同一客户单位的，不重复计分。投标文件提供上述同类项目经验的合同关键页复印件；没有证明材料的，评标委员会有权视为不符合要求而不予计分。

投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
------	----------------	--

4. 汇总、排序

采购包1：

评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定第一中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人：

(1) 技术评分(由高到低)； (2) 服务配套中含有节能产品； (3) 服务配套中含有环保产品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。

5. 中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6. 其他无效投标的情形：

(1) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2) 投标文件提供虚假材料的。

(3) 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4) 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

佛山市政府采购项目 合同书

项目编号: _____

项目名称: _____

包组号:

甲 方: 广州中医药大学顺德医院附属勒流医院（佛山市顺德区勒流医院）

乙 方: （中标人名称）

签订日期: 年 月 日

佛山市政府采购项目合同书

项目名称: _____

项目编号: _____

甲 方: 广州中医药大学顺德医院附属勒流医院(佛山市顺德区勒流医院)

乙 方: (中标人)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下。

一、项目主要内容及实现功能目标:

(按照采购文件和投标/响应文件执行)

二、产品及服务供应清单:

序号	商品名称	品牌/规格型号	注册证号	产地	数量	单价(元)	总金额(元)	
	合计: ￥:	元 大写:	元整					

备注: 消毒设备在注册证号栏中分别填入注册证号、卫生许可证批号。合同设备如属《中华人民共和国进口计量器具形式审查目录》或《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》内的,验收时乙方需提供合法正规的计量合格证,否则验收不合格。

详见附件一《报价清单明细表》L(设备名称)配置清单。(乙方提供的设备清单及技术参数必须与投标文件完全一致,如乙方提供的设备清单或技术参数与投标文件不符,甲方有权拒收货物,并要求乙方支付合同总价5%的违约金。)

三、基本合同条款一览表

序号	合同条款	内 容
1.	合同总额	人民币 小写: _____ 大写: _____
2.	合同总额内容	(一) 合同总额为广东省佛山市目的地包干价。 (二) 包括但不限于全部产品及零配件、运输装卸、安装调试、设备网络连接、培训、售后服务、人工、交通差旅、耗材、检测调试的设备仪器、更换设备服务费、工具、管理、利润、风险、国家政府相关部门的税费及有关规定的费用、社保金等相关费用等合同实施过程中应预见和不可预见的全部费用以及代理服务费。 (三) 价格为固定不变价, 天数为公历日。
3.	交货及安装地点	甲方(用户)指定地点。详细地址为:
4.	项目完工期	自合同签订之日起____日历天内完成供货、安装、调试及验收合格并交付使用, 具体交货日期为【 】。若乙方因不可控因素导致延迟交货, 每延迟一天, 乙方应按合同总价的【 】%向甲方支付违约金, 延迟超过【 】天的, 甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。
5.	付款方式	1期:支付比例30%。合同生效后, 乙方提供有效等额发票, 甲方核实无误后5个工作日内支付合同总价的30%, 作为预付款。 2期:支付比例60%。设备到货, 并完成设备安装调试部分的阶段性验收后, 乙方提供有效等额发票, 甲方核实无误后10个工作日内支付合同总金额的60%(要求在乙方提供全保保修承诺后) 3期:支付比例10%。设备运行正常1年并完成培训及最终验收合格后, 乙方提供有效等额发票, 甲方核实无误后10个工作日内支付合同总金额的10%。 注: (1) 结算方式: 转账结算(银行转账)。 (2) 开具发票: 乙方收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致。 (3) 乙方应理解政府部门付款的相关程序, 因甲方使用的是财政资金, 甲方在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间, 不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延, 而导致甲方逾期付款的, 甲方不承担逾期付款违约责任。若因上述原因导致付款延迟, 乙方应继续履行合同义务, 不得因此停止供货或服务。

四、其他要求

(一) 本项目为“交钥匙”项目, 乙方须承担及负责《招标文件》对乙方要求的一切事宜及责任。包含但不限于项目货物供货、运输装卸、保管、安装、调试、设备网络连接、送检、验收、培训、相关的税费、相关服务及合同实施过程中的应预见和不可预见等费用。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或设备数量不完整的问题时, 乙方有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得甲方同意后付诸实施。否则将视为提供实现相关功能的设备及服务的相关费用已包含在投标报价内, 以达到本采购项目相关要求。

(二) 本项目的所有建设成果均归属甲方所有。

五、验收要求

(一) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

(二) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

(三) 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

(四) 合同履行完毕，乙方提出验收申请后7日内，甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担，且退货处理，按违约条例办理。

(五) 如所投设备属于《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》内的，验收时乙方需提供合法正规的计量合格证，否则验收不合格。如验收不合格的，乙方应在接到甲方通知后10个工作日内完成整改并重新申请验收；若再次验收仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同金额10%的违约金作为赔偿。

(六) 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时乙方必须出具CCC认证证书复印件。如验收不合格，乙方应在接到甲方通知后10个工作日内完成整改并重新申请验收，否则甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同金额的10%作为违约金。

(七) 其他验收要求：（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）

六、供货要求

(一) 所有产品来源均应符合有关规定，产品来源渠道合法。

(二) 乙方必须负责将所有设备运送至甲方指定的地点。如因乙方原因导致运输延误或设备损坏，乙方应承担因此造成的全部损失。

(三) 乙方在项目过程中（如货物安装、电路接线等）必须采取足够的安全措施，确保施工的安全，确保施工或者设备安装场地的完好如初，并自行负责相关安全责任，施工完毕后需及时清理好现场，将所有无用的设备包装材料及施工安装过程中产生的垃圾带走，凡由于施工或者设备安装造成的损失（包含对安装场地的地面或墙面造成的损坏等等）和由此产生的费用（包含清理安装场地垃圾和清洁工作产生的费用等等）均由乙方承担。如设备安装调试完，当天未及时清理现场的，由甲方安排人员清理，其所需的费用由乙方支付。

(四) 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。如因包装问题导致设备损坏或无法正常使用，乙方应在48小时内提供备用设备，并承担因此造成的全部损失。

(五) 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。如因乙方保管不当导致货物损坏或丢失，乙方应承担因此造成的全部损失。

(六) 货物在系统安装调试验收合格前的一切保险由乙方负责。乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

(七) 乙方有责任保证在投标时所提供的货物在实际供货时保持产地品牌型号一致，如果乙方在实际供货时所提供的货物已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），甲方有权单方面终止合同的执行，并追究因乙方所提供的未达到所承诺的产品而产生的所有直接和间接损失，包括但不限于项目延误、额外费用及其他相关损失。

(八) 乙方在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，甲方将有权单方面终止合同的执行，并追究因乙方所提供的未达到所承诺的产品而产生的所有损失和责任。

(九) 乙方负责将货物运到甲方的使用现场（整个运输过程包括但不限于装卸车、货物到现场的搬运费用）。

(十) 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于乙方投标文件中所投产品设备的数量和性能。

(十一) 乙方若为代理经销商，乙方所投产品为第二类医疗器械，须在签订合同前向甲方提供有效的医疗器械经营备案凭证复印件。

(十二) 甲方如有需要，乙方须按甲方要求将设备接入医院信息网络，所需的硬件、软件以及接入费、His接口费由乙方承担。

七、培训要求

(一) 乙方须根据甲方的要求安排熟悉本项目的专业技术人员在甲方指定的使用科室（甲方办公地点内）向甲方提供完备、全面的产品使用培训。培训内容包括设备的参数的设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除等，确保甲方能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

(二) 乙方必须为所有被培训人员提供培训使用的文字资料和讲义等相关用品。

八、质保期及售后服务要求：

(一) 所有设备质保期____年。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期内核心产品每个季度提供一次设备维护保养服务

(如厂家的保养标准高于此, 从其规定), 每次保养后需提交维修保养工作报告, 未按时提供视为违约。保养服务相关费用已包含在报价内。

(二) 质保期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题, 由乙方负责包修、包换或包退, 并承担因此而产生的一切费用。乙方提供7×24小时电话维护及故障响应服务, 应在收到甲方通知后1小时内响应, 并在2小时内派遣技术人员到达现场进行初步诊断, 确保在4小时内派员到现场维修, 并在2小时内提供备用机, 确保在48小时内消除障碍。若维修时间超过48小时, 按维修延误时间的1:5延长保修期; 如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。若乙方未能在1小时内响应或未能在4小时内到达现场, 每延迟1小时, 乙方应向甲方支付合同金额千分之一的违约金; 若乙方未能在48小时内消除障碍, 每延迟一天, 乙方应向甲方支付合同金额百分之一的违约金, 且甲方有权扣除乙方合同保证金的50%作为惩罚。若乙方未能在72小时内消除障碍, 甲方有权终止合同并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

(三) 保修期满后乙方对设备终身负责维修及系统、软件终身免费升级, 长期以优惠价提供零配件。质保期后对甲方的服务通知, 乙方在接报后1小时内响应, 4小时内到达现场, 48小时内处理完毕。若未能在48小时内处理完毕, 乙方应向甲方支付合同金额千分之五的违约金/每次, 并且甲方有权聘请第三方消除障碍, 由此产生的费用由乙方承担。若在48小时内仍未能有效解决, 乙方须48小时内提供同等次的设备或主要零配件予甲方临时使用。

(四) 因货物的质量问题发生争议时, 双方应在争议发生后的5个工作日内共同选定一家有资质的第三方鉴定机构进行鉴定。如双方无法达成一致, 可由甲方指定一家有资质的鉴定机构。鉴定机构应在选定或指定后的20个工作日内完成鉴定并出具报告。鉴定费用由败诉方承担。若鉴定结果表明货物符合质量技术标准, 鉴定费用由甲方承担; 否则由乙方承担, 且退货处理, 按违约条例办理。(五) 在质保期内, 同一设备、出现相同或相似故障现象连续两次维修仍无法正常使用, 无条件48小时内更换同品牌、同型号新设备或主要零配件。

(六) 质保期内提供周期上门免费服务: (按乙方的投标/响应文件和承诺文件内容):

_____。

(七) 乙方设有长期稳定可靠的售后服务机构, 并提供常设服务专线和长期的免费技术支持 (按乙方的投标/响应文件和承诺文件内容):

_____。

(八) 乙方售后服务机构名称及地址:

联系人1: , 联系电话: , 手机: ;

联系人2: , 联系电话: , 手机: ;

(九) 其他售后服务补充内容: (补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改)

_____。

九、安装与调试

(一) 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺, 将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

(二) 签订合同时乙方必须提供所有设备的医疗设备注册证, 乙方若为代理经销商的, 须提供有效的授权证明资料, 或提供连贯的产品合法性来源证明资料。

十、违约条款与赔偿损失

(一) 乙方交付的货物、提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的, 甲方有权拒收, 并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

此外, 乙方应立即采取以下措施: 1. 退货或换货; 2. 赔偿甲方因此遭受的全部损失; 3. 如设备质量不合格导致甲方无法正常使用, 乙方应在48小时内提供备用设备, 确保甲方业务不受影响。若违约金不足以弥补甲方的实际损失, 甲方有权进一步追偿超出部分的损失。

(二) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物/提供服务, 从逾期之日起每日按本合同总价5‰的数额向甲方支付违约金, 但违约金总额最高不超过合同总价的20%。逾期超过7天的, 每逾期一天, 违约金按合同总价的5‰累加计算; 逾期超过15天的, 甲方有权终止合同, 由此造成的甲方经济损失由乙方承担。若违约金不足以弥补甲方的实际损失, 甲方有权进一步追偿超出部分的损失。逾期时间从合同规定的交货或服务提供截止日起算, 至乙方实际交付货物或提供服务之日止。

(三) 甲方因正当理由拒收货物/接受服务, 到期拒付货物/服务款项的, 甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金, 但违约金最高不超过合同总价的20%。正当理由包括但不限于: 乙方未能按时交货、货物存在质量问题、乙方未能提供必要的文件或证明材料、乙方未能履行合同中规定的其他义务。甲方逾期付款的, 则每日按本合同总价的1‰向乙方偿付违约金, 但违约金最高不超过合同总价的20%。若违约金不足以弥补乙方的实际损失, 乙方有权进一步追偿超出部分的损失。但因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延, 而导致甲方逾期付款的, 甲方不承担逾期付款违约责任, 且不视为甲方违约。

十一、知识产权要求

乙方必须保证, 甲方在中华人民共和国境内使用本项目货物、资料、技术、服务或其任何一部分时, 享有不受限制的无偿使用权。乙方应建立有效的监控机制, 确保甲方的使用权不受侵犯。如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张, 乙方应在接到通知后的24小时内采取必要的法律和技术措施保护甲方权益, 并承担由此产生的一切费用和责任。

十二、保密要求

(一) 乙方应承担保密义务，不得以任何形式向第三方提供或泄露甲方的工作机密，包括甲方的日常运作、工作情况及甲方所提供的所有相关资料、数据等。

(二) 乙方须把甲方提供的所有资料、数据完整归还甲方，并不得留存任何复制品。因乙方或其第三方泄密而损害甲方的利益，乙方应向甲方支付合同总价的20%作为违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部经济损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、名誉损失及为恢复保密信息所支出的合理费用。赔偿金额应按照甲方因泄密所遭受的实际损失计算。除一切后果与法律责任由乙方承担外，甲方有权单方面即时解除合同，并视为乙方违约。

(三) 乙方保密责任不因合同的解除而失效，且乙方应继续承担保密义务，保密期限自合同解除之日起至少五年。

十三、提出异议的时间和方法：

(一) 甲方在验收后____天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。

(二) 乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

(三) 甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。

(四) 乙方利用专业技术行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标（响应）承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

十四、争议的解决：

(一) 合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。对所交付标的物质量有争议的，统一由佛山市辖属的专业检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

(二) 法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

十五、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后立即通知对方，并在不可抗力事件结束后48小时内向对方通报具体情况，包括但不限于不可抗力事件的性质、范围、预计持续时间及其对合同履行的影响。受影响方应采取合理措施，尽力减轻不可抗力事件给对方造成的损失。在取得有关机构出具的不可抗力证明或双方达成谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十六、税费：

(一) 本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。

(二) 乙方依照税务规章优先在合同履约地开具发票及纳税，咨询：0757-12366。

十七、合同生效与合同备案：

(一) 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

(二) 自采购合同签订之日起7个工作日内，由甲方按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门（政府采购管理部门）备案。

十八、乙方应提供的资料内容：

(一) 进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证。

(二) 中国境内制造的产品必须提供出厂合格证，并提供甲方名下终端客户保修注册资料。

(三) 关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

十九、关于政府采购合同融资

(一) 乙方是否已申请政府采购合同融资：是 / 否；

融资银行及联系方式：_____。

(二) 若乙方已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行帐号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更。

二十、其它：

(一) 所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

(二) 如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人。若未在规定时间内通知，导致对方依据旧信息进行通知或操作而产生的任何损失和责任，均由未履行通知义务的一方承担。

(三) 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。

(四) 本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份。

(五) 本合同（含附件）共计____页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

(六) 本合同签约履约地点：广东省佛山市顺德区。

(七) 本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，电子送达与书面送达具有同等法律效力。具体电子邮件地址为：

【甲方指定邮箱】，短信接收号码为：【甲方指定手机号】。到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均有义务电话确认通知事项。如采用快递方式送达，以快递签收日期为送达日期；若被送达方拒收或无法送达，则快递公司首次尝试送达后的第3个工作日视为送达日期。

(八) 双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

(九) 除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

甲方（盖章）：
代表：_____
地址：
电话：
传真：
日期： 年 月 日

乙方（盖章）：
代表：_____
地址：
电话：
传真：
日期： 年 月 日
收款方、开票方须与乙方一致，专户为：
开户名称：
银行账号：
开户行：

合同附件清单：

附件一：《报价清单明细表》 / (设备名称) 配置清单

附件二：医疗设备注册证/医疗器械经营备案凭证（如中标人所投产品为第二类医疗器械）

附件三：有效的授权证明资料（乙方若为代理经销商）

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4. 投标人参加政府采购前三年内在经营活动中有无重大违法记录书面声明函。

5. 信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

(正本/副本)

采购计划编号: **440606-2025-03335**

采购项目编号: **JF2025 (SD) WZ0134**

所投采购包: 第 包

(投标人名称)

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同投标协议书
- 十五、投标人业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件
- 二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

格式一：

投标函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“广州中医药大学顺德医院附属勒流医院眼科手术显微镜等设备采购项目”项目的招标【采购项目编号为：JF2025 (SD) WZ0134】，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广州中医药大学顺德医院附属勒流医院眼科手术显微镜等设备采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

(一) 按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

(二) 本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

(三) 我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

(四) 我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

(五) 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

(六) 我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

(七) 我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

(八) 我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

(九) 我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

(十) 我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

(十一) 我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

(十二) 我方未被列入法院失信被执行人名单中。

(十三) 我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

(十四) 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

(1) 我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2) 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

(十五) 我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

(十六) 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____ 电子邮箱：_____

代表姓名: _____ 职务: _____

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字或盖章: _____

投标人名称(盖章): _____

日期: 年月日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

- 注： 1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；
2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

(投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式)

法定代表人证明书

_____ 现任我单位_____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：_____

附：代表人性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____

注册号码：_____ 企业类型：_____

经营范围：_____

投标人名称（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期：年月日

格式六：

法定代表人授权书格式

(对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书)

法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：_____是注册于_____(国家或地区)的_____(投标人名称)的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权_____(姓名、职务)作为我公司的全权代理人，就“广州中医药大学顺德医院附属勒流医院眼科手术显微镜等设备采购项目”项目采购[采购项目编号为JF2025 (SD) WZ0134]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式七:

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

(对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺)

承诺函

致：广州中医药大学顺德医院附属勒流医院（佛山市顺德区勒流医院）

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.....

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期：年月日

格式十一：

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：年月日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：年月日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

联合体共同投标协议书

立约方： (甲公司全称)

(乙公司全称)

(.....公司全称)

(甲公司全称)、(乙公司全称)、(.....公司全称)自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

(甲公司全称)、(乙公司全称)、(.....公司全称)共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、(乙公司全称)、(.....公司全称)作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. (甲公司全称)作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，(甲公司全称)负责本项目_____部分，(乙公司全称)负责本项目_____部分。

4. 如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5. 联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式____份，随投标文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____(盖章)____，乙公司全称：____(盖章)____，.....公司全称：____(盖章)____，
____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注： 1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定____年____月____日	签订合同并生效	
2	____月____日—____月____日		
3	____月____日—____月____日		
4	____月____日—____月____日	质保期	

格式十九：

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供的其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州中医药大学顺德医院附属勒流医院眼科手术显微镜等设备采购项目招标中获中标（采购项目编号：JF2025（SD）WZ0134），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：_____

投标人法定地址：_____

投标人授权代表（签字或盖章）：_____

电 话：_____

传 真：_____

承诺日期：_____

格式二十一：

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

国义招标股份有限公司

我单位已登记并准备参与“广州中医药大学顺德医院附属勒流医院眼科手术显微镜等设备采购项目”项目（采购项目编号：JF2025（SD）WZ0134）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____（事项一）

（1）_____（问题或条款内容）

（2）_____（说明疑问或无法理解原因）

（3）_____（建议）

二、_____（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

地址/邮编：_____

电话/传真：_____

日期：年月日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商:

地址: _____ 邮编: _____

联系: _____ 联系电话: _____

授权代表: _____

联系电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称: _____

质疑项目的编号: _____ 包号: _____

采购人名称: _____

采购文件获取日期: _____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

质疑事项2: _____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: _____

签字(签章): _____ 公章: _____

日期: 年月日

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑, 质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的, 质疑函应由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 质疑函应由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人: _____

地 址: _____ 邮编: _____

法定代表人/主要负责人: _____

联系电话: _____

授权代表: _____ 联系电话: _____

地 址: _____ 邮编: _____

被投诉人1: _____

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

被投诉人2: _____

.....

相关供应商: _____

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称: _____

采购项目编号: _____ 包号: _____

采购人名称: _____

代理机构名称: _____

采购文件公告:是/否 公告期限: _____

采购结果公告:是/否 公告期限: _____

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑, 质疑事项为: _____

采购人/代理机构于 ____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项2: _____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求: _____

签字(签章): _____ 公章 _____

日期: ____年____月____日

投诉书制作说明:

- 1.投诉人提起投诉时, 应当提交投诉书和必要的证明材料, 并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
- 2.投诉人若委托代理人进行投诉的, 投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉, 投诉书应列明具体分包号。
- 4.投诉书应简要列明质疑事项, 质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
- 5.投诉书的投诉事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。
- 6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条规定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

____年____月____日

格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

(采购人)：

鉴于贵方在_____项目(项目编号为_____以下简称“项目”)的采购中,确定_____为中标人/供应商,拟签订/已签订项目相关采购合同(以下简称“主合同”)。依据主合同的约定,供应商应向贵方交纳履约保证金,且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请,我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保:

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的____%,数额为_____ (大写),币种为人民币(即主合同履约保证金金额)。

二、我方保证的方式为:连带责任保证。

三、我方保证的期间为:本保函自开立之日起生效,至年月日止。

四、在本保函的有效期内,如被保证人违反上述合同或协议约定的义务,我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后30个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明,声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址:

_____。

五、本保函保证金将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利,我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第(一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交此栏空白仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止,本保函自动失效,我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭,此后提出的任何索赔均为无效索赔,我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人:_____ (盖章)

联系地址:_____

联系电话:_____

开立日期:__年__月__日

采购合同履约保险凭证

致被保险人_____:

鉴于你方_____ (招标方/被保险人)接受投保人_____ (投标方)参加_____ (采购)项目的投标,向投保人签发中标通知书,投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》,我公司接受投保人的请求,在保险责任范围内,愿意就投保人履行

与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥：元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年____月____日____时起至____年____月____日____时止，共计____天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

(一) 投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

(二) 投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

(一) 经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

(1) 投保人未履行采购合同相关义务；

(2) 投保人的违约事实。

(二) 保险单正本；

(三) 《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

(四) 保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

(五) 仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____（盖章）

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年____月____日